

(別紙①)

仕様等に対する質問・回答書

令和 年 月 日

岡山県知事 伊原木 隆太 殿

所 在 地

商号又は名称

職 ・ 氏 名

(電 話 番 号)

(F A X 番 号)

(調達物品等の名称、規格及び数量)

熱重量示差熱分析装置、機器規格仕様書のとおり、1 式

質 問 事 項	入札機器の技術仕様書について、ご質問させてください。 「1.3 キャリアガスの第1成分は酸化雰囲気（大気や酸素など）および不活性ガス（窒素やアルゴンなど）が導入できること」ですが、「大気や酸素など」の内、いずれかのガスを流せていれば問題ないのか、ご確認いただけますでしょうか。
回 答	「1.3 キャリアガスの第1成分は酸化雰囲気（大気や酸素など）および不活性ガス（窒素やアルゴンなど）が導入できること」について回答させていただきます。 ① 酸化雰囲気について 大気、酸素のいずれかのガスがフローできれば問題ありません。 ② 不活性ガスについて 窒素、アルゴンいずれかのガスがフローできれば問題ありません。 ③ 酸化雰囲気と不活性ガスについて： 双方がフローできる必要があります。（同時でなくて良い）